

Lämpökameran kalibroinnin tarkastuspöytäkirja

<u>Mustakappale</u>	<u>Lämpökamera</u>	s/n 4900xxx Malli: E60	
-20,0	-19,8		
-10,0	-9,9	Tarkastuspv:	8.9.2017
-5,0	-5,2		
0,0	0,5	Tarkastaja:	Timo Stjernberg
10,0	10,5		
20,0	20,7	<u>Käytetyt mustakappaleet:</u>	
30,0	30,7	-Hart Scientific 9133, s/n A48102	
40,0	41,0	(-20C...+150C)	
60,0	60,7		
80,0	80,7		
100,0	100,0		
120,0	121,0		

